



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Nr sprawy: a2 -31/REK/2021

Kraków 14.09.2021r

Odpowiedzi na pytania złożone zapytania cenowego „Dostawa rękawic medycznych”

Pytanie 1:

Czy zamawiający może podać ilości rękawic w danych rozmiarach?

Odpowiedź 1:

Zamawiający oczekuje następujących ilości rękawic:

Rozmiar S 100 opakowań
Rozmiar M 100 opakowań
Rozmiar L 700 opakowań
Rozmiar XL 600 opakowań

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści rękawice:

Ad. Pkt 7:

wewnętrznie polimeryzowane?

Odpowiedź 2:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści rękawice:

Ad. Pkt 9:

Grubość palca – podwójna ścianka: $\geq 0,10\text{mm}$
Grubość dłoni – podwójna ścianka: $\geq 0,10\text{mm}$

Odpowiedź 3:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści rękawice:

Ad. Pkt 10:

AQL: 1,5

Odpowiedź 4:

Tak, Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5:

Czy Zamawiający dopuści rękawice:

Ad. Pkt 14

Średnia siła potrzebna do rozerwania przed starzeniem: 6,0 - 7,0 N

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie zmienia wymogów dotyczących siły potrzebnej do zerwania rękawic przed starzeniem. Oczekiwana siła zerwania to minimum 7 N.



INSTYTUCJA
WOJEWÓDZTWA
MAŁOPOLSKIEGO

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe

31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14
tel. 12/42-44-272, fax 12/42-44-300
<http://www.kpr.med.pl>
e-mail: pogotowie@kpr.med.pl

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 9ust. 1 pkt a) umowy na:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów :

a) w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczeniu towarów niezgodnie z zamówieniem i w terminie określonym w par. 2 ust. 1 niniejszej umowy kara w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki,

Odpowiedź 6:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 9ust. 1 pkt a) umowy. Nowe brzemienne § 9 ust. 1 pkt a) projektu umowy:

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy odszkodowania w formie kar umownych z następujących tytułów :

a) w razie opóźnienia w dostawie lub dostarczeniu towarów niezgodnie z zamówieniem i w terminie określonym w par. 2 ust. 1 niniejszej umowy kara w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki,

Pytanie 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie diagnostycznych rękawic nitrylowych bezpydrowych, niejałowych, AQL 1,5 o grubości palca 0,07mm, grubości dłoni 0,06 mm oraz średniej siły potrzebnej do rozerwania przed starzeniem wynoszącej 6N, pozostałe parametry zgodnie z wymogami przedmiotu?

Odpowiedź 7:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie rękawic o poziomie AQL 1,5. Nie wyraża zgody na rękawice o zaproponowanych grubościach dłoni i palca oraz sile potrzebnej do rozerwania przed starzeniem mniejszej niż 7N.

Pytanie 8:

Prosimy o dopuszczenie rękawic z poziomem AQL 1,5. Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź 8:

Zamawiający dopuszcza rękawice z poziomem AQL 1,5.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuści i uzna parametry za spełnione - rękawice nitrylowe bez polimeryzacji, których grubość wynosi na palcu $0,08 \pm 0,01$ mm, na dłoni $0,06 \pm 0,01$ mm, spełniające pozostałe wymagania?

Odpowiedź 9:

Zamawiający nie dopuszcza.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Marek Maślerek