

OFERTA wstępna - Opis przedmiotu zamówienia:

Część I

Urządzenie do dezynfekcji wnętrza ambulansu (powierzchnia ok. 5 m², kubatura ok.10 m³)

Urządzenie powinno:

- 1) spełniać wymagania bezpiecznej dezynfekcji wnętrza pojazdu w obecności pasażerów;
Tak / Nie :
krótki opis:
- 2) posiadać wiarygodne dokumenty potwierdzające działanie bakterio i wirusobójcze oraz bezpieczeństwo dla obecnych w środowisku pracy urządzenia osób;
Tak / Nie :
krótki opis:
- 3) być przystosowane do zasilania napięciem stałym 12-15V lub wyjątkowo napięciem zmiennym 230 V;
Tak / Nie :
krótki opis:
- 4) być przystosowane do pracy ciągłej w temperaturach co najmniej od 0 do + 30 st. C;
Tak / Nie :
krótki opis:
- 5) spełniać wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń do pracy w pomieszczeniach zamkniętych – systemy zabezpieczeń elektrycznych, przeciwpożarowych;
Tak / Nie:
krótki opis:
- 6) mieć jak najmniejsze wymiary, pożądany kształt prostopadłościenny jak najmniejsza głębokość;
Tak / Nie :
krótki opis:
- 7) mieć możliwość pewnego zamocowania we wnętrzu pojazdu;
Tak / Nie :
krótki opis:
- 8) waga urządzenia powinna być jak najmniejsza - nie przekracza 10 kg;
Tak / Nie :
krótki opis:
- 9) moc pobierana przez urządzenie nie przekracza 100W.
Tak / Nie:
krótki opis:

.....
Podpis Oferenta